



**EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO
EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA IMPLANTÁVEL**

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA

Nº DO PROTOCOLO	Nº DA QUESTÃO RECORRIDA	RESPOSTA AO RECURSO
5001	28	Não se trata de FA irregularidade de r detectada nos primeiros batimentos é característico de episódio de TV haja visto que após aceleração rr regular. Ocorre reversão de arritmia com atp em cdi unicameral, o que é improvável em cdi unicameral, além disso e possível observar mudança de morfologia intravavitario a despeito do critério morfológico não ter reconhecido - INDEFERIDO
5002	35	A solução não é aumentar a sensibilidade atrial - INDEFERIDO
5003	39	INDEFERIDO
5004	18	DEFERIDO
5005	34	INDEFERIDO
5006	18	DEFERIDO
5007	18	DEFERIDO
5008	34	INDEFERIDO
5009	18	DEFERIDO
5010	28	Não se trata de FA irregularidade de r detectada nos primeiros batimentos é característico de episódio de TV haja visto que após aceleração rr regular. Ocorre reversão de arritmia com atp em cdi unicameral, o que é improvável em cdi unicameral, além disso e possível observar mudança de morfologia intravavitario a despeito do critério morfológico não ter reconhecido - INDEFERIDO
5011	35	A perda de captura atrial é inferida pela estimulação atrial imediatamente após uma onda p nativa e portanto dentro do período refratário. Não é possível confirmar captura atrial pela análise do eletrograma intracavitário neste caso. - INDEFERIDO